

Honeywell

SAFETY SUITE PLANT (SSP)

BW ULTRA DEAKTIVACE MODULU BLUETOOTH

1. Přihlašte se do cloudové aplikace SSP.


2. Připojte detektor BW Ultra po
mocí IR-Link adaptéru s kabelem.



Na obrázku vpravo vidíme displej detektoru BW Ultra se zapnutým modulem Bluetooth. To znamená, že je možné se k detektoru připojit mobilním zařízením pomocí aplikace Honeywell Device Configurator.



GES CZ s.r.o.



3. V cloudové aplikaci SSP stiskneme ikonu správy zařízení vlevo nahoře.

4. Ujistíme se, že ve filtru u okénka vyhledávání máme zvolená pouze připojená zařízení („DM Connected“).


5. Po obnovení („Refresh“) a načtení detektoru do seznamu připojených zařízení klikneme na sériové číslo detektoru.

The screenshot shows the Honeywell Safety Suite Asset Management page. The top navigation bar includes 'Safety Suite Plant' and 'All Sites'. The main content area is divided into two sections:

- Asset Management:** A section showing 'Device' management. It includes a search bar with the filter 'DM Connected' and a table of devices.
- Table:** A table with columns: SERIAL NUMBER, NAME, UNIT ID, STATUS, MODEL NAME, LAST DATA DOWNLOAD, LAST COMMUNICATION, LAST BUMP, LAST CALL, DEPARTMENT, and FIRMWARE VERSION. The table shows '1 Total' devices.


SERIAL NUMBER	NAME	UNIT ID	STATUS	MODEL NAME	LAST DATA DOWNLOAD	LAST COMMUNICATION	LAST BUMP	LAST CALL	DEPARTMENT	FIRMWARE VERSION
5220ULT01243600143			Active DM	BW Ultra		12:57:08 PM, Mar 11 2025	-	-		BRONF_01

GES CZ s.r.o.



6. Pro vypnutí modulu Bluetooth přejdeme do záložky nastavení („Settings“) a odškrtneme políčko s názvem „BLE Enable“.

7. Nastavení uložíme tlačítkem „Save“ na konci stránky vpravo dole.



GES CZ s.r.o.

Nyní se k detektoru BW Ultra nelze bezdrátově připojit!



Pro více informací navštivte naše webové stránky

www.detektory-plynu.cz



Zajímavá videa a videonávody naleznete na našem YouTube kanále

www.youtube.com/@detektoryplynu



GES CZ s.r.o.